



**ANALYSIS
TECH®**

ANALYSIS TECH PHASE 11 12 12B CALIBRATOR

Il calibratore di strumenti Phase 11/12/12B viene utilizzato per eseguire calibrazioni tracciabili NIST degli strumenti in questione, in genere a intervalli di 6 mesi. Questo calibratore con una semplice procedura di dieci minuti calibra un analizzatore termico entro le specifiche ottimali. La calibrazione garantisce che i dati generati dall'analizzatore siano della massima qualità e accuratezza.

Di seguito i parametri calibrati.

POTENZA DI RISCALDAMENTO:

- Tutte le misurazioni di tensione e corrente.

RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA DI GIUNZIONE:

- Controllo funzionale di tutti i canali di rilevamento della temperatura
- Test di precisione di tutti i canali a tutti i livelli attuali di rilevamento

CONTROLLO DELLA POTENZA E DELL'ARRIVO DEL RISCALDAMENTO:

- Scansione completa delle porte di erogazione dell'energia termica
- Test e allineamento di tutti i regolatori di controllo dell'alimentazione

Questa piccola unità può essere comodamente restituita alla fabbrica Analysis Tech ogni due anni per la ricertificazione secondo gli standard di calibrazione tracciabili NIST.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Voltage Sensing Accuracy	(0 to 20V) +/- 3 mV
Low Current Sensing Accuracy	(0 to 2A) +/- 1 mA
High Current Sensing Accuracy	(0 to 20A) +/- 3 mA
Sense Current Measurement Accuracy	+/- 0.24%
Dimensions	3" H x 9" W x 6" D
Weight	3 lbs

ELEXIND S.p.A.

Via A. Erba 35/37 - 20066 Melzo (MI) - Italy - T. +39 02.92.72.15.1 r.a. - F. +39 02.92.10.33.89
info@elexind.it

© Elexind S.p.A. - Tutti i marchi e le immagini appartengono ai legittimi proprietari.